


АлкоФор 205



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1507-205-02-UA

ЗМІСТ

Призначення та галузь застосування	01
Рекомендації щодо експлуатації	01
Живлення	01
Загальний вигляд	02
Проведення тесту	03
Комплект постачання	05
Попередження та повідомлення про помилки	06
Технічні характеристики	07
Свідцтво про приймання	08
Облік калібрування та технічного обслуговування	08
Сертифікат перевірки типу	10
Гарантійне обслуговування	09

Продавець: ТОВ "Медісолв Юкрейн"

тел: +38 (044) 501-59-82

www.comfortshop.com.ua

Призначення та галузь застосування

Вимірювач вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається, АлкоФор 205 призначений для вимірювання вмісту парів етилового спирту у повітрі, що видихає людина та застосовується для встановлення факту вживання алкоголю, у тому числі водіями транспортних засобів. Для виконання дималсної проби використовуються змінні одноразові пластмасові мундштуки. У режимі продування через мундштук аналізатор автоматично контролює тривалість видиху і витрату повітря відповідно до заводських налаштувань.

Зразок проби повітря для аналізу забирається в кінці видиху з області лезень найбільш насичених парами етанолу, щоб отримати максимально достовірний результат.


Рекомендації щодо експлуатації

Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього середовища від 10°C до 40°C. Слід приступати до тестування не раніше, ніж через 3 хв. після куріння і 20 хв. після вживання спиртних напоїв. Перед тестуванням, людина, що перевіряється, повинна дихати нормально, необхідно уникати швидких вдихів і видихів.

УВАГА! Не слід проводити тестування одразу після паління або після вживання спиртних напоїв.


Живлення


- Зніміть кришку для елементів живлення на зовнішній стороні приладу.
- Вставте батарейки розміру AAA, враховуючи полярність, тобто символи «+/-» повинні співпадатти.



- У випадку, коли напруга замала, прилад відобразить на екрані символ «
» який буде блимати на протязі всього часу активності приладу.
- Прилад може працювати некоректно, тому необхідно замінити батарейки.


Загальний вигляд




* При низькому заряді елемента живлення зображення  буде блимати на протязі всього періоду активності приладу.

Проведення тесту

Приєднайте мундштук до вхідного отвору у верхній частині приладу




- Натисніть та утримуйте «ВКЛ» до увімкнення приладу.
- Пролунає звуковий сигнал, на дисплеї будуть відображатися всі символи дисплею, згодом показник лічильника тестів



Дочекайтесь відліку від 10 до 0.



- Після зворотнього вдиху, екран відобразить напис «BLOW» і рух символу «С».




Видихніть у мундштук протягом приблизно 6-ти секунд доти, поки не закінчатся звукові сигнали.



УВАГА! Якщо на протязі 10 сек періоду забору повітря не буде проведений тест, на дисплеї з'явиться напис "Err" та прилад автоматично вимкнеться

- Екран відобразить напис «WAIT» і рух символу «0», Дочекайтеся результату,



Результат вашого тесту буде відображатися на екрані протягом 20-ти секунд.




- У разі некоректного видиху (слабого, недостатньо тривалого, або приривчастого), екран відобразить помилку "Err".

Прилад вимкнеться через 20 секунд.



- Для перегляду попередніх 5 тестів, натисніть кнопку «Пам'ять» в момент відображення результату вимірювання







- Щоб змінити одиницю виміру, при вимкненому приладі натисніть одночасно кнопки «Тест» і «Пам'ять».

Кнопкою «Пам'ять» виберіть необхідну вам одиницю виміру: ‰ (діє на території України), mg/l або %BAC. Дочекайтесь поки прилад вимкнеться.

Комплект постачання

- Мундштуки 5шт.
- Інструкція з експлуатації.
- Алкотестер АлкоФор 205
- Чохол

Попередження та повідомлення про помилки

Проблема або помилка	Опис	Екранні повідомлення
Відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none"> - Натисніть та утримуйте «ВКЛ» до включення приладу. - Замініть елемент живлення та використуйте тільки лужні батареї. 	
Авто-вимкнення	- Замінь батареї. Тестування завершено	
Err	- Некоректний видих (слабий/недостатньо тривалий, або приривчастий), Відсутній видих протягом періоду забору повітря.	
	- Низький заряд батареї. Буде блимати на протязі всього періоду активності приладу	
HI	Вміст алкоголю у повітрі, що видихається, перевищує максимальний поріг діапазону відображення результатів.	

Технічні характеристики

- Електрохімічний сенсор
- Час продування: 6 секунд
- Час тестування: 15 секунд
- Поток видиху: близько 10 літрів/хв.
- Захист від некоректного видиху.
- Лічильник тестів
- 4-символьний дисплей з підсвіткою
- Діапазон вимірювання результатів: 0,00 — 2,00‰
- Напис «Hi» у випадку, коли результат вимірювань перевищує діапазон відображення результатів
- Границі допустимої похибки:
від 0 до 0,25 мг/дм³ - $\pm 0,05$ мг/дм³; понад 0,25 - 20%
- Час прогріву: 10-15 сек.
- Повторення тесту: менше ніж через 60 сек.
- Пам'ять на 5 попередніх тестів
- Червона підсілка дисплею в раз перевищення граничної норми
- Гранична норма 0,200‰
- Вибір одиниць виміру: ‰, mg/l або %BAC (встановлено ‰)
- Живлення: дві 1,5v лужні батарейки розм. AAA
- Кількість тестів на одному комплекті батарейок: 500
- Індикатор низького заряду батареї та автовимкнення
- Розмір 105x52x23,5 мм
- Вага 93 г

Умови експлуатації

- Температура довкілля, °C - Від 10 до 40
- Відносна вологість довкілля, % - Від 20 до 80
- Атмосферний тиск, кПа (мм.ст.ст.) - Від 97,5 до 105

Прилад АлкоФор 105 відповідає наступним класам умов довкілля:

- Механічний клас - M2
- Електромагнітний клас - E2

Температура зберігання, °C - Від 0 до 50

Свідоцтво про приймання

Виробник Skyfine Inc.Ltd., P.R.C. Прилад

АлкоФор 205

Серійний номер _____

виготовлений відповідно до технічної документації фірми-виробника і визнаний придатним до експлуатації. Метрологічні характеристики перевірені та відповідають нормованим значенням.

Дата перевірки _____

Перевіряючий _____

Відбиток клейма, штамп _____

Підпис _____

Газоаналізатори АлкоФор пройшли процедуру оцінки відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів виміральної техніки затвердженого постановою КМУ від 13.01.2016 №94 та отримали сертифікат перевірки типу по модулю В від 28.11.2017 № UA.TR.001 122-17 Rev. 0

Облік калібрування та технічного обслуговування

Алкотестер необхідно калібрувати раз на рік або раз на 2000 тестів. Недотримання сервісних періодів призводить до некоректної роботи приладу.

Інформація щодо пунктів електронного обслуговування розміщена на сайті alkofof.ua

Дата проведення ремонту / годин	Зміст операцій обслуговування	Візнав (П.І.Б.)	Підпис

Гарантійне обслуговування

Гарантійне обслуговування здійснюється сервісним центром (далі СЦ) ПКВФ «Сорбполімер». Доставка (відправка) алкотес-тера в СЦ здійснюється зарахунок покупця.

Термін гарантії: 12 місяців.

Середній термін служби: 5 років

Гарантійний талон

Виробник	Skyfine Inc. Ltd.
Модель	АлкоФор205
Серійний номер	
Покупець	
Дата продажу	
Термін гарантії	12 місяців
Термін гарантії на сенсор	12 місяців або 2000 тестів

Підпис _____

Увага! Гарантія не поширюється на елементи живлення та на регламентне технічне обслуговування (налаштування, калібрування), яке може знадобитись внаслідок природнього зносу сенсора.

ПКВФ «Сорбполімер», будучи офіційним дистриб'ютором компанії-виробника, гарантує, що придбаний Вами прилад не має виробничих дефектів в частині матеріалів і комплектуючих на момент продажу.

Умови, за яких ПКВФ «Сорбполімер» не несе гарантійних зобов'язань:

- у гарантійному талоні зроблені зміни або доповнення
- у гарантійному талоні відсутні відомості про дату продажу виробу
- виріб пошкоджено в результаті форс-мажорних обставин;
- виріб пошкоджено під час транспортування
- виріб пошкоджено в результаті неправильної експлуатації
- виріб має ознаки ремонту, модифікації або технічного обслуговування, виконані не у СЦ
- виріб має зовнішні або внутрішні механічні пошкодження, присутні сліди перебування комах
- відбулося попадання вологи, що спричинило збій у роботі приладу
- у виробі виявлені сторонні предмети



Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001 122-17
Rev. 0

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS' RIGHTS PROTECTION» (SE "UKRMETRTESTSTANDART")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Type-examination Certificate

Виданий: Skyfine Inc. Limited, Flat M, 23/F, Blk 2, Goldfield Industrial Building, 144-150 Tai Lin Pai Rd., Kwai Chung, NT, Hong Kong
Issued to:

Відповідно до: Додатку 3, розділ «Процедури оцінки відповідності. Модуль В (перевірка типу)» до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів виміральної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
In accordance with: Annex III, section «Conformity assessment procedures. Module B (type examination)» of the Technical Regulation of Ukraine on Legally Regulated Measuring Instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 13 January 2016 № 94

Тип засобу виміральної техніки: / Type of measuring instrument: **Газоаналізатори**

Позначення типу: / Type designation: **АлкоФор...**

Дата видачі: / Date of issue: **28.11.2017** **Чинний до:** / Valid until: **28.11.2027**

Кількість сторінок: / Number of pages: **23**

Номер для посилань: / Reference №: **12/3/B/14/025-17**

Номер призначеного органу: / Number of Designated body: **UA.TR.001**

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу виміральної техніки, яким підтверджено відповідність застосованим вимогам Технічного регламенту.

Цей сертифікат підтверджує позитивні результати перевірки типу засобів виміральної техніки, але не засвідчує відповідності для надання їх на ринок та/або введення в експлуатацію на території України. Підтвердження такої відповідності повинно бути основане на комбінації модулів шляхом застосування однієї з процедур оцінки відповідності типу за модулем, що салує за модулем В в частині Технічного регламенту.

This certificate is issued based on the results of examination of the measuring instruments technical project, which confirmed compliance with the applicable requirements of the Technical Regulation.

This certificate confirms positive results of the measuring instruments type examination, but it does not certify the conformity for placing them on the market and/or putting into operation in the territory of Ukraine. Confirmation of the compliance shall be based on combination of modules by applying one of the type conformity assessment procedures by the module following module B according to the Technical Regulation.

Застереження

органу з оцінки відповідності

Designated body of Conformity Assessment Body

Відомості про державний реєстр органів з оцінки відповідності

Information on the State Register of Conformity Assessment Bodies

Цей сертифікат не може бути відтворений тільки повністю, будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката перевірки типу, яка не має чинності згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не діє.

This certificate may not be reproduced other than in full. Any publication of extracts from the type-approval certificate requires written permission of the Designated Body. Type-approval certificate without signature and stamp is not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна

Address SE "UKRMETRTESTSTANDART": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел.пошта/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, web-сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua

Підпис / Signature

Ю.В. Кузьменко

Iu.V. Kuzmenko

Ініціали, прізвище / Name